

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи термоэлектрические модели 410-205

Назначение средства измерений

Преобразователи термоэлектрические модели 410-205 (далее по тексту – термопреобразователи или ТП) предназначены для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих сред, неагрессивных к материалу защитной оболочки ТП.

Описание средства измерений

Принцип действия ТП основан на явлении возникновения термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) в замкнутой цепи преобразователя при разности температур между его рабочим и свободными концами.

ТП выполнены на основе термопарного кабеля во фторопластовой оболочке, соединенного с разъемом прямоугольной формы из термопласта с поляризованными цилиндрическими штифтами.

Фотография общего вида ТП модели 410-205 представлена на рисунке 1.




Рис.1.

Метрологические и технические характеристики

Диапазон измеряемых температур, °С.....от минус 75 до плюс 250
Условное обозначение НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 (МЭК 60584-1):К
Класс допуска по ГОСТ Р 8.585-2001 (ГОСТ 6616-94):2
Пределы допускаемых отклонений ТЭДС ТП от НСХ, °С (t – значение измеряемой температуры):±2,5
Электрическое сопротивление изоляции ТП при температуре (25±10) °С
и отн. влажности воздуха от 30 до 80 %, при 100 В, МОм, не менее:100
Длина ТП, м:.....2
Габаритные размеры разъема ТП (Д×Ш×В):.....35×25×12,5
Рабочий диапазон температур окружающей среды ТП, °С:.....от минус 75 до плюс 250

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта (в правом верхнем углу) методом штемпелевания.

Комплектность средства измерений

- термопреобразователь – 32 шт.;
- паспорт – 32 экз.

Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.338-2002 «ГСИ. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки»

Основные средства поверки:

- термометр сопротивления ЭТС-100 эталонный 3 разряда с погрешностью по ГОСТ 8.558-2009;

- термостат низкотемпературный «Криостат», диапазон воспроизводимых температур от минус 80 до плюс 20 °С с нестабильностью поддержания заданной температуры $\pm 0,01$ °С;

- термостаты жидкостные прецизионные переливного типа моделей ТПП-1.0, ТПП-1.2 с диапазоном воспроизводимых температур от минус 60 до плюс 300 °С и нестабильностью поддержания заданной температуры $\pm(0,004\dots 0,02)$ °С;

- измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный МИТ-8 модели МИТ-8.15М, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности канала измерения температуры: $\pm(0,001+3*10^{-6}*t)$ °С.

Примечание- При поверке допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования, удовлетворяющих по точности и техническим характеристикам требованиям ГОСТ 8.338-2002.

Сведения и методики (методах) измерений приведены в паспорте на ТП.

Нормативные документы, устанавливающие требования к преобразователям термоэлектрическим модели 410-205

ГОСТ 6616-94. Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия.

ГОСТ Р 8.585-2001. ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования.

Международный стандарт МЭК 60584-1. Термопары. Часть 1. Градуировочные таблицы.

Международный стандарт МЭК 60584-2. Термопары. Часть 2. Допуски.

Техническая документация фирмы-изготовителя.

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры

ГОСТ 8.338-2002. ГСИ. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта.

Изготовитель

Фирма «TC Direct», Испания
Адрес: Ardo. Correos 245, Collado Villalba, Madrid, España
Телефон: +34 918 406 695
Факс: +34 918 508 302
E-mail: info@tc-sa.es, адрес в Интернет: www.tc-sa.es

Заявитель

ОАО «Роствертол»
Адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5
Телефон: +7 (863) 219-60-12
Факс: +7 (863) 245-01-34
Адрес в Интернет: www.rostvertolplc.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
Тел./факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. «___» _____ 2015 г.