

Регистрационный № 82269-21

Лист № 1  
Всего листов 3

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-15

### Назначение средства измерений

Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-15 предназначен для измерения объема при приеме, хранении и отпуске нефти и нефтепродуктов.

### Описание средства измерений

Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-15 представляет собой горизонтальный цилиндрический сварной стальной сосуд, оборудованный приемо-раздаточными патрубками и технологическими люками.

Расположение резервуара подземное.

Заполнение и опорожнение резервуара осуществляется через приемо-раздаточные патрубки.

Заводской номер резервуара наносится ударным способом на информационной табличке и типографским способом в паспорт.

Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-15 заводской № 766 расположен: ЯНАО, Пуровский р-он, 50 км западнее от г. Губкинского, ЦПС Барсуковского м/р.

Эскиз резервуара стального горизонтального цилиндрического РГС-15 представлен на рисунке 1.




Рисунок 1 – Эскиз резервуара стального горизонтального цилиндрического РГС-15

Пломбирование резервуара стального горизонтального цилиндрического РГС-15 не предусмотрено.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и градуировочную таблицу.

### Программное обеспечение

отсутствует

## Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальная вместимость, м <sup>3</sup>	15
Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости резервуара, %	±0,25

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Средний срок службы, лет	30
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - атмосферное давление, кПа	от -50 до +50 от 84,0 до 106,7

### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический	РГС-15	1 шт.
Паспорт	-	1 экз.

### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в пункте 6.5 паспорта.

### Нормативные документы, устанавливающие требования к резервуару стальному горизонтальному цилиндрическому РГС-15

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 07.02.2018 г. № 256 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости

