

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора - заместитель по научной
работе ФГУП «ВНИИФТРИ»


« 12 »  2019 г.
А.Н. Цицунов

Осциллографы цифровые серии 4456

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 4456-19-01

р.п. Менделеево

2019 г.

Содержание

1	Вводная часть	3
2	Операции поверки	3
3	Средства поверки	3
4	Требования к квалификации поверителей	4
5	Требования безопасности	4
6	Условия поверки	4
7	Подготовка к проведению поверки	4
8	Проведение поверки	4
8.1	Внешний осмотр	4
8.2	Идентификация программного обеспечения	4
8.3	Опробование	4
8.4	Определение относительной погрешности коэффициента отклонения	6
8.5	Определение полосы пропускания	7
8.6	Определение абсолютной погрешности установки порогового уровня срабатывания логического анализатора (опция 4456-Н01)	7
8.7	Определение относительной погрешности установки частоты внутреннего опорного генератора	8
8.8	Определение относительной погрешности установки частоты синусоидального сигнала генератора произвольной формы (опция 4456-Н02)	9
8.9	Определение абсолютной погрешности установки размаха синусоидального сигнала генератора произвольной формы (опция 4456-Н02)	10
8.10	Определение абсолютной погрешности установки смещения синусоидального сигнала генератора произвольной формы (опция 4456-Н02)	10
9	Оформление результатов поверки	11

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Настоящая методика поверки (далее МП) устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок осциллографов цифровых 4456С, 4456D, 4456Е, 4456СМ, 4456DM, 4456ЕМ, изготавливаемых фирмой «China Electronics Technology Instruments Co., Ltd», КНР.

1.2 Первичной поверке подлежат осциллографы цифровые 4456С, 4456D, 4456Е, 4456СМ, 4456DM, 4456ЕМ до ввода в эксплуатацию и после ремонта.

Периодической поверке подлежат осциллографы цифровые 4456С, 4456D, 4456Е, 4456СМ, 4456DM, 4456ЕМ, находящиеся в эксплуатации и на хранении.

1.3 Интервал между поверками 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки осциллографов цифровых 4456С, 4456D, 4456Е, 4456СМ, 4456DM, 4456ЕМ должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Пункт МП	Проведение операций при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	8.1	да	да
Идентификация программного обеспечения	8.2	да	да
Опробование	8.3	да	да
Определение относительной погрешности коэффициента отклонения	8.4	да	да
Определение полосы пропускания	8.5	да	да
Определение абсолютной погрешности установки порогового уровня срабатывания логического анализатора (опция 4456-Н01)	8.6	да	да
Определение относительной погрешности установки частоты внутреннего опорного генератора	8.7	да	да
Определение относительной погрешности установки частоты синусоидального сигнала генератора произвольной формы (опция 4456-Н02)	8.8	да	да
Определение абсолютной погрешности установки размаха синусоидального сигнала генератора произвольной формы (опция 4456-Н02)	8.9	да	да
Определение абсолютной погрешности установки смещения синусоидального сигнала генератора произвольной формы (опция 4456-Н02)	8.10	да	да

2.2 Допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов или меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, которые используются при эксплуатации по соответствующим пунктам настоящей методики поверки для осциллографов цифровых серии 4456.

Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах и свидетельстве о поверке на основании решения эксплуатирующей организации.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки осциллографов цифровых 4456С, 4456D, 4456Е, 4456СМ, 4456DM, 4456ЕМ должны быть применены средства измерений, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Пункт МП	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
8.4, 8.5, 8.6	Калибратор осциллографов Fluke 9500В с формирователем 9530: - диапазон периода импульсного сигнала от 9 нс до 500 мс, пределы допускаемой относительной погрешности установки периода сигнала $\pm 2,5 \cdot 10^{-7}$; - диапазон напряжения постоянного тока положительной и отрицательной полярности: для нагрузки 50 Ом от 1 мВ до 5 В; для нагрузки 1 МОм от 1 мВ до 200 В; пределы допускаемой погрешности установки напряжения $\pm(0,025 \% + 25 \text{ мкВ})$; - значение длительности фронта импульсов 150 пс, пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длительности фронта импульсов $\pm 25 \text{ пс}$.
8.7, 8.8	Частотомер Agilent 53230А: диапазон измеряемых частот от 10 Гц до 350 МГц, пределы допускаемой относительной погрешности $\pm 1 \cdot 10^{-6}$.
8.9, 8.10	Осциллограф цифровой запоминающий LeCroy HRO WaveRunner 66Zi: полоса пропускания 600 МГц, диапазон коэффициента отклонения от 1 мВ/дел до 1 В/дел (при входном сопротивлении 50 Ом); пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента отклонения $\pm 0,3 \%$.

3.2 Допускается использовать аналогичные средства поверки, которые обеспечат измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

3.3 Средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь действующие свидетельства о поверке.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 Поверка должна осуществляться лицами со среднетехническим или высшим техническим образованием, аттестованными в качестве поверителей в области радиотехнических измерений в установленном порядке и имеющим квалификационную группу электробезопасности не ниже второй.

4.2 Перед проведением поверки поверитель должен предварительно ознакомиться с документом «Осциллографы цифровые 4456С, 4456D, 4456Е, 4456СМ, 4456DM, 4456ЕМ. Руководство по эксплуатации 4456 РЭ» (далее РЭ).

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, регламентируемые Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, а также требования безопасности, приведённые в эксплуатационной документации на осциллографы цифровые 4456С, 4456D, 4456Е, 4456СМ, 4456DM, 4456ЕМ (далее осциллографы 4456) и средства поверки.

5.2 Средства поверки должны быть надёжно заземлены в соответствии с эксплуатационной документацией.

5.3 Размещение и подключение измерительных приборов разрешается производить только при выключенном питании.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 Поверку осциллографов 4456 проводить в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$ от 15 до 25;
- относительная влажность воздуха, % от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) от 84 до 106,7 (от 630 до 800).
- напряжение сети, В от 198 до 242;
- частота сети, Гц от 49,5 до 50,5.

7 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ

7.1 Перед проведением поверки необходимо произвести подготовительные работы, оговоренные в руководстве по эксплуатации на осциллографы 4456 и на применяемые средства поверки.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

Внешний осмотр осциллографа проводить визуально без вскрытия, при этом необходимо проверить:

- комплектность, маркировку и пломбировку на соответствие РЭ;
- целостность и чистоту разъемов входных и выходных сигналов, USB, LAN и питания;
- целостность пломбировки;
- отсутствие видимых повреждений, влияющих на работоспособность осциллографа

4456.

Результат внешнего осмотра считать положительным, если:

- комплект поставки соответствует п. 4.2 документа РЭ;
- маркировка и пломбировка соответствует разделу 10 документа РЭ;
- пломбировка цела;
- разъемы входных и выходных сигналов, USB, LAN и питания целы и чисты;
- отсутствуют видимые повреждения, влияющие на работоспособность осциллографа

4456.

В противном случае результаты внешнего осмотра считать отрицательными и последующие операции поверки не проводить.

8.2 Идентификация программного обеспечения

8.2.1 Идентификационное наименование и номер версии ПО осциллографа отображаются на экране прибора при нажатии клавиши "HELP" и выбора закладки "About 4456 Score".

8.2.2 Наименование и номер версии ПО должны соответствовать данным, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование	Digital Phosphor Oscilloscope: 4456 Series
Номер версии (идентификационный номер ПО)	Не ниже 2.04
Цифровой идентификатор ПО	-
Алгоритм вычисления идентификатора ПО	MD5

В противном случае результаты идентификации ПО считать отрицательными и последующие операции поверки не проводить.

8.3 Опробование

8.3.1 Подготовить осциллограф к работе в соответствии с РЭ. Проверить отсутствие сообщений о неисправности в процессе загрузки осциллографа. Проверить работоспособность монитора, диапазон перемещения линии развертки по вертикали.

8.3.2 Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 1, подключая формирователь 9530 на вход «СН1» поверяемого осциллографа.



Рисунок 1

8.3.3 Установить калибратор 9500В в режим генерирования синусоидального сигнала с амплитудой 600 мВ и частотой 100 кГц. На осциллографе нажать клавишу "AutoSet". Уменьшая значение коэффициента развертки осциллографа, наблюдать расширение изображения синусоидального сигнала на экране осциллографа. Увеличивая значение коэффициента отклонения осциллографа, наблюдать уменьшение амплитуды изображения синусоидального сигнала.

8.3.4 Повторить измерения по п.п. 8.3.2, 8.3.3 МП, подавая сигнал формирователя 9530 на входы «СН2», «СН3» и «СН4» поверяемого осциллографа.

8.3.5 Результаты опробования считать положительными, если на экране поверяемого осциллографов наблюдается синусоидальный сигнал с амплитудой 600 мВ и частотой 100 кГц.

8.4 Определение относительной погрешности коэффициента отклонения

8.4.1 Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 1, подключая формирователь 9530 на вход «СН1» поверяемого осциллографа.

8.4.2 Установить на калибраторе режим генерирования импульсного сигнала типа "Меандр" (симметричного относительно 0 В) частотой 1 кГц.

8.4.3 Включить на осциллографе фильтр 20 МГц и функцию автоматического измерения амплитуды (размаха) импульсов (количество усреднений 8). Провести измерения размаха импульсов при значениях настроек осциллографа и калибратора, указанных в таблице 4.

Таблица 4

Коэффициент отклонения	Размах выходного импульсного сигнала формирователя 9530	Входное сопротивление осциллографа	Выходное сопротивление калибратора
1 мВ/дел	6 мВ	50 Ом	50 Ом
		1 МОм	1 МОм
10 мВ/дел	60 мВ	50 Ом	50 Ом
		1 МОм	1 МОм
100 мВ/дел	600 мВ	50 Ом	50 Ом
		1 МОм	1 МОм
1 В/дел	6 В	50 Ом	50 Ом
		1 МОм	1 МОм
10 В/дел	60 В	1 МОм	1 МОм

8.4.4 Повторить измерения по п. 8.4.3 МП, подключая формирователь 9530 на входы каналов «СН2», «СН3» и «СН4» осциллографа.

8.4.5 Определить относительную погрешность коэффициента отклонения осциллографа по формуле:

$$\delta K_o = \frac{A_u - A_y}{A_y} \times 100 \%, \quad (1)$$

где δK_o - относительная погрешность установки коэффициента отклонения осциллографа, %;

A_y - установленное значение размаха импульсов, мВ (В);

A_n - измеренное при помощи осциллографа значение размаха импульсов, мВ (В).

8.4.6 Результаты поверки считать положительными, если значения относительной погрешности коэффициента отклонения находятся в пределах $\pm 3\%$.

8.5 Определение полосы пропускания

8.5.1 Определение полосы пропускания поверяемого осциллографа произвести при помощи калибратора осциллографов с формирователем 9530 в соответствии с измерительной схемой (см. рисунок 1).

8.5.2 Выход формирователя 9530 калибратора 9500В подключить к входу канала «СН1» поверяемого осциллографа.

8.5.3 Установить следующий режим поверяемого осциллографа:

- входное сопротивление 50 Ом;

- коэффициент развертки 400 пс/дел для 4456С/4456СМ/4456D/4456DM и 200 пс/дел для 4456Е/4456ЕМ;

- коэффициент отклонения 1 В/дел;

8.5.4 Установить калибратор осциллографов 9500В в режим формирования импульсного сигнала с длительностью фронта 150 пс и амплитудой импульсов 3 В.

8.5.5 Включить на осциллографе функцию автоматического измерения длительности фронта импульса между уровнями 0,1 - 0,9 от амплитуды (количество усреднений 8) и измерить длительность фронта импульса (τ_ϕ).

8.5.6 Рассчитать верхнюю граничную частоту полосы пропускания по формуле:

$$F_{\text{в}} = \frac{\kappa_{\phi}}{\tau_{\phi}}, \quad (2)$$

где $F_{\text{в}}$ – значение верхней граничной частоты полосы пропускания АЧХ осциллографа, ГГц;

τ_ϕ – измеренное значение длительности фронта импульса, нс;

κ_ϕ – постоянный коэффициент ($\kappa_\phi = 0,35$ для 4456С/4456СМ/4456D/4456DM;

$\kappa_\phi = 0,45$ для 4456Е/4456ЕМ).

8.5.7 Отключить выход формирователя 9530 калибратора от входа «СН1» осциллографа. Поочередно подключить выход формирователя 9530 калибратор к остальным каналам осциллографа и выполнить для каждого подключённого канала операции, аналогичные описанным для канала «СН1».

8.5.8 Результаты поверки считать положительными, если рассчитанные по формуле (1) значения полосы пропускания составляют не менее 350 МГц для осциллографов 4456С, 4456СМ, не менее 500 МГц для осциллографов 4456D, 4456DM и не менее 1 ГГц для осциллографов 4456Е, 4456ЕМ.

8.6 Определение абсолютной погрешности установки порогового уровня срабатывания логического анализатора (опция 4456-Н01)

8.6.1 Определение абсолютной погрешности установки порогового уровня срабатывания логического анализатора произвести при помощи калибратора осциллографов с формирователем 9530 в соответствии с измерительной схемой (см. рисунок 2), подавая сигнал с выхода формирователя 9530 на входы D00-D15 логического анализатора.



Рисунок 2

8.6.2 Установить значение порогового уровня срабатывания логического анализатора на поверяемом осциллографе ($U_{пy}$) и выходное напряжение постоянного тока формирователя 9530 калибратора 9500В в соответствии с 1-й строкой таблицы 5, выходное сопротивление калибратора 9500В 1 МОм.

Таблица 5

№ операции	Уровень срабатывания логического анализатора ($U_{пy}$), В	Выходное напряжение формирователя 9530 калибратора 9500В
1	1	1
2	20	20
3	минус 20	минус 20

8.6.3 Получить устойчивое изображение «уровня логической единицы» для всех D00-D15 каналов логического анализатора осциллографа.

8.6.4 Постепенно уменьшать выходное напряжение постоянного тока формирователя 9530 калибратора 9500В с шагом 10 мВ до тех пор, пока все поверяемые каналы D00-D15 логического анализатора осциллографа не перейдут на нижний уровень, значение напряжения калибратора ($V_{9500(-)}$) записать в протокол. Повысить выходное напряжение постоянного тока формирователя 9530 калибратора 9500В с шагом 10 мВ до тех пор, пока все поверяемые каналы D00-D15 логического анализатора осциллографа не перейдут на верхний уровень, записать значение напряжения калибратора ($V_{9500(+)}$) в протокол.

8.6.5 Определить абсолютные погрешности установки порогового уровня срабатывания логического анализатора как $\Delta U_{пy(+)} = (V_{9500(+)} - U_{пy})$, $\Delta U_{пy(-)} = (U_{пy} - V_{9500(-)})$.

8.6.6 Повторить измерения по п.п. 8.6.2 - 8.6.5 МП для остальных значений порогового уровня срабатывания ($U_{пy}$) в соответствии с 2 и 3 строками таблицы 5.

8.6.7 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной погрешности установки порогового уровня срабатывания логического анализатора ($\Delta U_{пy(+)}$, $\Delta U_{пy(-)}$) находятся в пределах $\pm(0,03 \cdot U_{пy} + 0,15 \text{ В})$.

8.7 Определение относительной погрешности установки частоты сигнала внутреннего опорного генератора

8.7.1 Определение относительной погрешности установки частоты сигнала внутреннего опорного генератора произвести при помощи частотомера 53230А. Подключить частотомер к выходу «10 MHz IN/OUT» поверяемого осциллографа.

8.7.2 Установить функцию вывода сигнала внутреннего опорного генератора осциллографа на его выход «10 MHz IN/OUT» и измерить частоту сигнала при помощи частотомера.

8.7.3 Определить относительную погрешность установки частоты сигнала внутреннего опорного генератора осциллографа по формуле:

$$\delta F_r = \frac{F_u - F_H}{F_H}, \quad (3)$$

где δF_r - относительная погрешность установки частоты внутреннего опорного генератора осциллографа;

F_H - номинальное значение частоты внутреннего опорного генератора осциллографа, Гц;
 F_H - измеренное при помощи частотомера значение частоты сигнала внутреннего опорного генератора осциллографа, Гц.

8.7.4 Результаты поверки считать положительными, если значение относительной погрешности установки частоты внутреннего опорного генератора осциллографа находится в пределах $\pm 5,0 \cdot 10^{-6}$.

8.8 Определение погрешности установки частоты синусоидального сигнала генератора произвольной формы (опция 4456-H02)

8.8.1 Определение относительной погрешности установки частоты сигнала генератора произвольной формы поверяемого осциллографа произвести при помощи частотомера Agilent 53230A.

8.8.2 Собрать измерительную схему, подключая выход сигнала генератора сигналов произвольной формы «Gen out» поверяемого осциллографа на вход частотомера Agilent 53230A.

8.8.3 Установить генератор сигналов произвольной формы в режим генерирования синусоидального сигнала в соответствии с 1-й строкой таблицы 6.

Таблица 6

№ операции	Параметры синусоидального сигнала генератора сигналов произвольной формы		
	Частота синусоидального сигнала (F_y)	Размах синусоидального сигнала, В	Смещение синусоидального сигнала, В
1	0,1 Гц	1	0
2	1 кГц	1	0
3	10 МГц	1	0

8.8.4 Измерить частоту сигнала генератора произвольной формы поверяемого осциллографа (F_H) при помощи частотомера Agilent 53230A.

8.8.5 Определить относительную погрешность установки частоты сигнала генератора произвольной формы поверяемого осциллографа по формуле:

$$\delta F_r = \frac{F_u - F_H}{F_H}, \quad (4)$$

где δF_r - относительная погрешность установки частоты внутреннего опорного генератора осциллографа;

F_y - установленное значение частоты генератора произвольной формы поверяемого осциллографа, Гц;

F_H - измеренное при помощи частотомера значение частоты сигнала внутреннего опорного генератора осциллографа, Гц.

8.8.6 Повторить измерения по п.п. 8.8.4, 8.8.5 МП для остальных значений частоты сигнала генератора произвольной формы поверяемого осциллографа (в соответствии с 2 и 3 строками таблицы 6).

8.8.7 Результаты поверки считать положительными, если значения относительной погрешности установки частоты синусоидального сигнала генератора произвольной формы поверяемого осциллографа находятся в пределах $\pm 1,0 \cdot 10^{-4}$.

8.9 Определение погрешности установки размаха синусоидального сигнала генератора произвольной формы (опция 4456-H02)

8.9.1 Определение абсолютной погрешности установки размаха сигнала генератора произвольной формы поверяемого осциллографа произвести при помощи осциллографа цифрового запоминающего LeCroy HRO WaveRunner 66Zi (далее - осциллограф HRO 66Zi).

8.9.2 Собрать измерительную схему, подключая выход сигнала генератора сигналов произвольной формы «Gen out» поверяемого осциллографа на вход «CH1» осциллографа HRO 66Zi.

8.9.3 Установить осциллограф HRO 66Zi в следующий режим:

входное сопротивление осциллографа 50 Ом;

связь входа - DC (по постоянному току);

коэффициент отклонения в соответствии с таблицей 6;

коэффициент развертки 1 мс/дел;

постоянное смещение 0 мВ.

Включить на осциллографе HRO 66Zi функцию автоматического измерения амплитуды (количество усреднений 8).

Установить генератор сигналов произвольной формы в режим генерирования синусоидального сигнала частотой 1 кГц в соответствии с 1-й строкой таблицы 7.

Таблица 7

№ операции	Коэффициент отклонения осциллографа HRO 66Zi	Параметры синусоидального сигнала генератора сигналов произвольной формы	
		Размах синусоидального сигнала ($A_{p\text{ген}}$)	Смещение синусоидального сигнала ($V_{\text{смген}}$)
1	10 мВ/дел	50 мВ	100 мВ
2	100 мВ/дел	500 мВ	100 мВ
3	500 мВ/дел	2,5 В	100 мВ

8.9.4 Измерить с помощью осциллографа HRO 66Zi размах сигнала ($A_{p\text{изм}}$) и определить абсолютную погрешность установки размаха сигнала генератора сигналов произвольной формы $\Delta A_{p\text{ген}} = (A_{p\text{ген}} - A_{p\text{изм}})$.

8.9.5 Повторить измерения по п. 8.9.4 МП для остальных значений размаха сигнала генератора произвольной формы поверяемого осциллографа (в соответствии с 2 и 3 строками таблицы 7).

8.9.6 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной погрешности установки размаха синусоидального сигнала генератора произвольной формы поверяемого осциллографа ($\Delta A_{p\text{ген}}$) находятся в пределах $\pm(0,015 \cdot A_{p\text{ген}} + 0,015 \cdot V_{\text{смген}} + 0,001 \text{ В})$.

8.10 Определение погрешности установки смещения синусоидального сигнала генератора произвольной формы (опция 4456-H02)

8.10.1 Установить осциллограф HRO 66Zi в следующий режим:

входное сопротивление осциллографа 50 Ом;

связь входа - DC (по постоянному току);

коэффициент отклонения 100 мВ/дел;

коэффициент развертки 1 мс/дел;

постоянное смещение 0 мВ.

Включить на осциллографе HRO 66Zi функцию автоматического измерения среднего значения сигнала (количество усреднений 8).

Установить генератор сигналов произвольной формы в режим генерирования синусоидального сигнала с размахом 500 мВ, частотой 1 кГц и смещением в соответствии с 1-й строкой таблицы 8.

Таблица 8

№ операции	Смещение синусоидального сигнала генератора сигналов произвольной формы ($V_{см\ ген}$)
1	100 мВ
2	1,25 В
3	минус 1,25 В

8.10.2 Измерить с помощью осциллографа HRO 66Zi среднее значение сигнала ($V_{ср\ изм}$). Определить абсолютную погрешность установки смещения сигнала ($\Delta V_{см\ ген}$) равной измеренному с помощью осциллографа MDO 4104-6 среднему значению сигнала ($V_{ср\ изм}$):

$$\Delta V_{см\ ген} = V_{ср\ изм} \quad (5)$$

8.10.3 Повторить измерения по п. 8.10.2 МП для остальных значений смещения сигнала генератора произвольной формы поверяемого осциллографа (в соответствии с 2 и 3 строками таблицы 8).

8.10.4 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной погрешности установки смещения синусоидального сигнала генератора произвольной формы поверяемого осциллографа ($\Delta V_{см\ ген}$) находятся в пределах $\pm(0,02 \cdot V_{см\ ген} + 0,001\text{ В})$.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Поверяемый осциллограф признается годным, если в ходе поверки все результаты поверки положительные.

9.2 На поверяемый осциллограф, который признан годным, выдается свидетельство о поверке установленной формы.

Знак поверки наносить в виде наклейки или оттиска клейма поверителя на свидетельство о поверке.

9.3 При отрицательных результатах поверки осциллограф к применению не допускается и на него выдается извещение о непригодности с указанием причин забракования.

Начальник НИО-1
ФГУП «ВНИИФТРИ»

Начальник отдела 12
ФГУП «ВНИИФТРИ»


С.н.с. лаборатории 122
ФГУП «ВНИИФТРИ»



О.В. Каминский



Н.Р. Баженов



Л.Н. Селин